

## 河池市第三人民医院病理科质控检查情况反馈说明

河池市第三人民医院：

受广西壮族自治区卫生健康委医政医管处委托，广西临床病理质量控制中心秘书、桂林医学院附属医院病理科林静教授，桂林医学院附属医院病理科李运千教授，柳州市人民医院病理科戴文斌教授以及河池市人民医院病理科主任覃冠平一行 4 人，于 2021 年 4 月 9 日到贵院开展病理科建设和质量控制的专项督导检查。检查内容按照国家卫健委《病理科建设与管理指南（试行）》通知精神和等级医院病理科质量控制与持续改进相关条款进行。此次检查具体反馈如下：

一、通过实地检查，检查组对以下几个方面进行了肯定：

1. 病理科每月进行室内质控，抽查率符合要求。
2. 诊断报告在时限内发出，及时率好。
3. 妇科细胞学制片、诊断及质控都较为规范。送检单较规范。

二、与此同时，检查组在检查过程中也发现以下不足之处：

1. 医生配备不足：

（1）目前只有四名医生和三技术员，按 100 张床配置 1 个病理医生及 1 个技术员的标准，需要继续补充医务人员。

（2）3 名技术员只有一人有病理技术资格。

2. 场地设备方面：

（1）病理科布局欠合理，分区不明确，不能做到集中管理。

（2）显微镜可用的只有 2 台，4 名医生缺 2 台。

### 3. 病理检查流程规范、技术方面：

- (1) 申请单格式不统一。
- (2) 取材无大体标本摄像。
- (3) 诊断报告缺大体描述镜下描述。
- (4) 细胞学阳性片未打点染色片，部分染色对比欠清。
- (5) 非妇科细胞学不编号，不封片，系统仅凭名字查询，容易出差错。
- (6) 免疫组化未设立外对照。

### 4. 新技术开展及信息系统方面：

- (1) 病理管理系统功能不完善，如未能按疾病分类诊断查询。
- (2) 年活检量 5000 余例，没有开展术中快速切片诊断，缺乏冰冻切片机或快速石蜡设备。

### 三、针对以上情况，检查组有以下建议：

#### 1. 加强病理科人才培养、改善病理科工作环境：

- ① 建议尽快安排符合要求人员参加病理技术资格考试。
- ② 病理信息系统需要改进完善。至少能够满足大体标本录入、拍照、非妇科细胞学编号等日常工作需要。
- ③ 医生岗位人员不足，应按每 100 张床配制一位病理医师标准。建议医院对病理科继续大力支持和给予倾向性政策，扩充病理诊断队伍。
- ④ 改善科室布局，集中管理，分区合理。增加显微镜，保证每位诊断医生 1 台显微镜。

#### 2. 病理科工作方面改进：

- ① 建议重新修订病理申请单格式。
- ② 免疫组化增加外对照，开展免疫组化质控，参加区内的室内质控，增强对外交流。

广西壮族自治区临床病理质量控制中心  
挂靠单位桂林医学院附属医院（代章）

