

## 兴安县人民医院病理科质控检查情况反馈说明

兴安县人民医院：

受广西壮族自治区卫生健康委医政医管处委托，广西临床病理质量控制中心秘书长郑锦花教授、桂林医学院附属医院病理科李运千教授及桂林市人民医院病理科李江鹏专家一行3人，于2021年8月13日到贵院开展病理科建设和质量控制的专项督导检查。检查内容按照国家卫健委《病理科建设与管理指南（试行）》通知精神和等级医院病理科质量控制与持续改进相关条款进行。此次检查具体反馈如下：

一、通过实地检查，检查组对以下几个方面进行了肯定：

1. 病理科开展项目较齐全，满足医院需求。
2. 各项技术质量较好，病理诊断结果准确性较好。
3. 科内质控有记录。
4. 有扫描仪，可以远程会诊。
5. 病理科信息化，与院内信息系统相兼容。
6. 医院对人员培养支持力度较大。

二、与此同时，检查组在检查过程中也发现以下不足之处：

1. 房间布局不符合要求：

- ①污染区、半污染区及库房混用。
- ②档案室、免疫组化室与穿刺室共用一个房间。
- ③病理科位于理疗科之间，无法做到相对封闭管理。

2. 设备方面：

①部分显微镜陈旧，严重影响阅片。

②信息化系统有待提升：大体取材工作方面无信息化设施。

③采图设备损坏，需要到检验科采图，影响工作效率。

3. 临床科室配合度欠佳：

①申请单：病人信息不全，无病史。

②传染病标本：未标注采集、固定时间。

③手术室对大标本未切开固定。

4. 病理科内部流程：

①免疫组化判读要提高（Ki67 判读结果不准确，书写不规范）。

②免疫组化没有外对照。

③自配福尔马林，无酸碱度检测。

三、针对以上情况，检查组有以下建议：

1. 人员方面：继续支持病理科工作，继续吸引人才，增加人员配量，医生人数偏少。

2. 房间布局：

①增加 2-3 间房，合理分区，做好污染区、半污染区、清洁区分布，将档案室、免疫组化室、穿刺室分开设置。

②做好通风设施，保持病理科在一个相对独立区域。

3. 其他科室配合度：

要求临床医生认真填写申请单，包括传染性标本备注、标本离体、固定时间；手术室负责对大标本切开固定。

4. 病理科内部流程：

①免疫组化设置外对照，加强免疫组化操作培训。

②建议使用商业用福尔马林，自配福尔马林需检测酸碱度。

③加强信息化建设。

④补充更新显微镜。

广西壮族自治区临床病理质量控制中心

挂靠单位桂林医学院附属医院(代章)

2021年8月25日

