

荔浦市人民医院病理科质控检查情况反馈说明

荔浦市人民医院：

受广西壮族自治区卫生健康委医政医管处委托，广西临床病理质量控制中心秘书、桂林医学院附属医院病理科林静教授，桂林医学院第二附属医院肖胜军教授，解放军联勤保障部队第924医院唐芳教授一行3人，于2021年8月20日到贵院开展病理科建设和质量控制的专项督导检查。检查内容按照国家卫健委《病理科建设与管理指南（试行）》通知精神和等级医院病理科质量控制与持续改进相关条款进行。此次检查具体反馈如下：

一、通过实地检查，检查组对以下几个方面进行了肯定：

1. 现有设备基本满足医院基础业务需要。
2. 能够开展常规病理学、细胞病理学及术中快速冰冻切片检查。
3. 常规制片及细胞学制片效果较好，病理诊断较准确。
4. 诊断报告在时限内发出。
5. 所有标本有专人送检。

二、与此同时，检查组在检查过程中也发现以下不足之处：

1. 医生配备不足：目前医院开放床位560张，医师3人、技术人员1人，按100张床配置1个病理医生及1个技术员的标准，需要继续补充医务人员尤其是病理技术员。

2. 病理检查流程规范方面：

(1) 病理用房严重不足，污染区与清洁区分区不明。没有标本接收室、冰冻切片染色室、细胞室及档案管理室，部分蜡块柜放在走廊。

(2) 易燃易爆物品、病理档案资料及病理耗材使用同一间房，有极大的安全隐患。

(3) 无有毒危险物品储存专用空间或设备、无消防装置。

(4) 标本存放室无监控，标本柜未上锁。

(5) 无紫外灯消毒设备，取材台无热水。

(6) 按每位医生配备 1 台显微镜要求，病理科目前只有 2 台显微镜，且一台镜头不清晰。

(7) 送检单无标本采集时间及固定时间。

(8) 病理专业书籍陈旧，人员需要业务培训。

3. 新技术开展、信息系统方面：

(1) 年活检量 4000 余例，没有开展免疫组化，缺乏相关操作人员及设备。

(2) 细胞学业务量一年 3000 余例，以妇科细胞学为主，但没有同步开展 HPV 检测。

三、针对以上情况，检查组有以下的一些建议：

1. 临床应配合病理科相关工作：

(1) 医务科质控上加强对临床医生申请单填写监管，提高申请单填写规范，注意填写标本采集时间及固定时间。

(2) 建议根据医院及科室情况，开展妇科 HPV 检测，结合细胞学结果，进行综合判断，提高特异性及敏感性。胸腹水标本注意送至病理科检查。

2. 病理科工作方面改进：

(1) 按照《中华人民共和国生物安全法》及《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》的规定，为保证人类遗传物质的安全，应加强取材标本的安全监控、规范标本处理流程。建议标本存放柜加锁及增加监控，应设立独立的档案管理室，由专人管理。

(2) 增加病理科用房，增加标本接收室、冰冻切片染色室、细胞室、档案管理室。

(3) 改善危险物品的存储空间、购置专用设备。

(4) 添置移动紫外灯，热水、显微镜等日常必需设备、装置。

(5) 注意定期进行质控检查。

(6) 建议开展免疫组化项目，并对人员进行相关培训。

3. 加强病理科人才培养：

技术员岗位人员严重不足，应按每 100 张床配制一位病理医师及一位病理技术员的标准进行相应补充。更新诊断书籍、增加病理医生外出学习培训的机会。建议医院对病理科继续大力支持和给予倾向性政策。

广西壮族自治区临床病理质量控制中心

挂靠单位桂林医学院附属医院(代章)

2022年8月25日

