

平乐县人民医院病理科质控检查情况反馈说明

平乐县人民医院：

受广西壮族自治区卫生健康委医政医管处委托，广西临床病理质量控制中心秘书、桂林医学院附属医院病理科林静教授，桂林医学院第二附属医院肖胜军教授，解放军联勤保障部队第924医院唐芳教授一行3人，于2021年8月20日到贵院开展病理科建设和质量控制的专项督导检查。检查内容按照国家卫健委《病理科建设与管理指南（试行）》通知精神和等级医院病理科质量控制与持续改进相关条款进行。此次检查具体反馈如下：

一、通过实地检查，检查组对以下几个方面进行了肯定：

1. 场地设备：病理科布局较合理，分区明确，显微镜配备满足日常工作需要。
2. 能够开展常规病理学、细胞病理学及术中快速冰冻切片检查，满足医院基础业务需要。
3. 常规制片效果较好，病理诊断较准确。
4. 诊断报告在时限内发出。

二、与此同时，检查组在检查过程中也发现以下不足之处：

1. 医生配备不足：目前医院开放床位480张，医师2人、技术人员1人，按100张床配置1个病理医生及1个技术员的标准，需要继续补充医务人员。病理报告收发、档案资料的管理没有专人负责。

2. 病理检查流程规范方面：

(1) 无专门的标本接收室，取材无大体摄像，标本存放室无监控，标本柜未上锁。

(2) 无危险物品储存专用空间或设备、无消防装置。

(3) 无密集柜、档案柜来进行合理的病理档案的管理。

(4) 液基细胞学采用 HE 染色，部分成团细胞核深染、识别不清。细胞片阳性部位未打点标记。

(5) 部分妇科细胞学病理申请单填写有漏项，如妇科疾病未填写月经史、孕产史。

(6) 病理专业书籍陈旧，人员需要业务培训。

3. 新技术开展、信息系统方面：

(1) 年活检量 5000 余例，没有开展免疫组化，缺乏相关操作人员及设备。

(2) 细胞学业务量一年 3000 余例，以妇科细胞学为主，但没有同步开展 HPV 检测。

(3) 病理科信息系统与医院内网不相通，需进一步完善。

三、针对以上情况，检查组有以下的一些建议：

1. 临床应配合病理科相关工作：

(1) 医务科质控上加强对临床医生申请单填写监管，提高申请单填写规范。

(2) 建议根据医院及科室情况，开展妇科 HPV 检测，结合细胞学结果，进行综合判断，提高特异性及敏感性。

2. 病理科工作方面改进：

(1) 为保证人类遗传物质的安全，标本取材应该增加大体摄影，加强取材标本的安全监控、规范标本处理流程。标本存放柜加锁及增加监控。

(2) 增加标本接收室，标本由门诊及病房的专人送检。

(3) 改善危险物品的存储空间、购置专用设备。

(4) 增添密集柜、资料柜，规范档案管理。

(5) 建议病理科信息系统与医院内网相连，方便使用。

(6) 建议开展免疫组化项目，并对人员进行相关培训。

(7) 改进液基制片质量，对制片全流程进行完善及优化。

3. 加强病理科人才培养：

技术员岗位人员严重不足，应按每 100 张床配制一位病理医师及一位病理技术员的标准进行相应补充。更新诊断书籍、增加病理医生外出学习培训的机会。建议增加工勤人员辅助科室日常相关工作。建议医院对病理科继续大力支持和给予倾向性政策。

广西壮族自治区临床病理质量控制中心

挂靠单位桂林医学院附属医院(代章)

2022年8月25日

