

阳朔县人民医院病理科质控检查情况反馈说明

阳朔县人民医院：

受广西壮族自治区卫生健康委医政医管处委托，桂林医学院附属医院病理科陆竞艳教授、桂林医学院附属医院张美艳专家及桂林市人民医院病理科郭俊宇专家一行 3 人，于 2021 年 8 月 20 日到贵院开展病理科建设和质量控制的专项督导检查。检查内容按照国家卫健委《病理科建设与管理指南（试行）》通知精神和等级医院病理科质量控制与持续改进相关条款进行。此次检查具体反馈如下：

一、通过实地检查，检查组对以下几个方面进行了肯定：

1. 病理科的场地充足，布局合理，各类制度完整。
2. 病理科对使用的试剂进行标准化、管理规范。
3. 妇科液基细胞学和 HPV 检测同步开展，能有效提高病理诊断符合率。
4. 具有为病人服务的意识，通知患者领取组织学报告和细胞学报告时，服务态度好。
5. 病理科质控资料完整、整理清晰。
6. 临床科室新开展项目，有助于病理活检量的趋势。

二、与此同时，检查组在检查过程中也发现以下不足之处：

1. 医务部管理人员没有及时查看和传达病理质控检查的通知。
2. 医院对病理科的成本比值要求逐年下调，不利于开展新项目。

3. 病理科没有开展免疫组化染色、冰冻诊断和 HPV 检测，体检科的细胞学诊断外送第三方，病理科的总产值低。

4. 医院的信息化设备陈旧，不能查找影像学和临床检测结果，病理远程会诊扫描系统已坏且无人维修，疑难病例不能及时会诊讨论、诊断有风险，诊断报告无法双签。

5. 病理科试剂存放的房间潮湿，保存的玻璃片有霉菌污染。

6. 病理科现仅有医生 1 名，开展新项目急需培养年轻的病理诊断医生。

7. 病理诊断的书籍较陈旧，急需购买新版的病理诊断用书。

8. 病理科技术人员更换后，没有参加区级技术人员上岗培训，细胞学制片需要改进。

9. HE 切片较厚，有皱褶和裂痕，染色不稳定。

10. 临床填写的病理申请单不完整，字迹潦草。

三、针对以上情况，检查组有以下建议：

1. 支持病理科开展新项目，对新项目给予政策支持，开展妇科及非妇科液基细胞学检查，增加病理科的总产值。

2. 医务科对病理申请单的书写进行质控，敦促临床医生完善病理送检单的相关信息填写。

3. 积极培养和引进病理医生，积极参加病理技术人员的上岗培训。

4. 支持购买更新病理诊断用书，积极参加病理室间质控和病理诊断培训，提高病理诊断报告的质量。

5. 更新和维修病理科的信息化系统。

6. 建议购买扫描仪以满足疑难病例会诊的需要。

7. 建议通过医联体或专科联盟形式，对疑难病例做到诊断有保障、改进科室建设和管理。

广西壮族自治区临床病理质量控制中心

挂靠单位桂林医学院附属医院（代章）

2021年8月25日

