

## 广西迪安医学检验实验室有限公司质控检查情况反馈说明

广西迪安医学检验实验室有限公司：

受广西壮族自治区卫生健康委医政医管处委托，广西临床病理质控中心秘书长郑锦花教授、广西医科大学第一附属医院冯振博教授、桂林医学院附属医院陆竞艳教授及广西医科大学第一附属医院党裔武专家一行4人，于2021年8月27日到贵机构开展病理科建设和质量控制的专项督导检查。检查内容按照国家卫健委《病理科建设与管理指南（试行）》通知精神和等级医院病理科质量控制与持续改进相关条款进行。此次检查具体反馈如下：

一、通过实地检查，检查组对以下几个方面进行了肯定：

1. 布局基本合理，工作环境较好，设备齐全；
2. 有室内质控，档案管理较好；
3. 小标本连续切块，制片和诊断质量较好，能够做到报告双签。

二、与此同时，检查组在检查过程中也发现以下不足之处：

1. 科室设置：分区欠合理，免疫组化室在清洁区；
  1. 人员：基本都是老专家做诊断医生，病理技术员也都是检验专业，人才断层；
  2. 标本送检：大多采用各送检单位自己配置的固定液，固定液品质缺乏保障；
  3. 技术流程记录不完善；

4. 免疫组化：DAB 直接从下水道处理，有污染致癌可能；未设置外对照，尤其靶向治疗相关项目，比如 HER2；免疫组化工作液应该直接使用，不能稀释后再用。

5. 细胞学染色对比欠佳。

三、针对以上情况，检查组有以下建议：

1. 布局设施：免疫组化室调整到半污染区，不要设置在清洁区；

2. 人员培养：加强人员培养，尤其要注重年轻医生的培养；

3. 加强信息化建设，尤其对申请单的书写，标准化固定与送检单位信息化沟通；

4. 注意病理科检查流程：

①免疫组化加对外照，按照试剂说明书要求规范化进行操作；

②试剂管理、污物处理规范化；

③细胞学染色环节要改善。

广西壮族自治区临床病理质量控制中心

挂靠单位桂林医学院附属医院（代章）

